

ОСТОРОЖНО. Лампа содержит ртутную таблетку. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер. Вышедшие из строя лампы подлежат сдаче в пункты для их утилизации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Двухцокольные газоразрядные лампы низкого давления специального назначения «LEDVANCE» серии UVC (в дальнейшем именуемые «лампы») предназначены для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в коротковолновой области (УФ-С) с основной линией излучения 254 нм в бактерицидных облучателях, рециркуляторах и аналогичном оборудовании (обеззараживание, стерилизация воздуха, предохранение от микробного заражения и т.д.).

Лампы используются в установках, питаемых от сети переменного тока частоты 50 Гц, с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (стартерная схема включения лампы с электромагнитным балластом, бесстартерная схема включения лампы с электронным балластом).

В условном обозначении лампы буквы и числа обозначают:

- TIBERA – зарегистрированная торговая марка;
- UVC - обозначение типа бактерицидных двухцокольных газоразрядных ламп низкого давления по классификации LEDVANCE GmbH;
- 15W, 25W, 30W, 36W, 55W, 75W - номинальная мощность лампы, Вт;
- G13 – обозначение типа цоколя.

Пример полного условного обозначения лампы:

TIBERA UVC 15W G13.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

По требованиям безопасности лампы соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ IEC 61195-2012.

Меры безопасности

- Не ронять;
- Не разбивать;
- Хранить в упаковке.

При работе с бактерицидной лампой, находящейся в поле зрения, необходимо защищать глаза очками защитными, открытыми по ГОСТ 12.4.253 и иметь в виду, что облучение бактерицидной лампой при отсутствии защитных средств может вызвать болезненный ожог кожи, лица, рук, а также слизистых оболочек глаз.

Не рекомендуется длительное пребывание в помещениях с включенными лампами. Перед посещением помещения лампы должны быть выключены, помещение проветрено.

Замену ламп, чистку УФ облучателей от пыли производить при отключении их от питающей сети.

Условия эксплуатации

Основная часть излучения лампы приходится на излучение с длиной волны 254 нм, с наибольшим бактерицидным действием.

Лампы должны эксплуатироваться в УФ установках с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой по ГОСТ Р МЭК 60921и должны зажигаться при напряжении, равном 90% от номинального, при температуре (10 – 50)°С, а также работать при напряжении, равном 90% - 110% от номинального и окружающей температуре (10 – 50)°С

Утилизация

Лампы, вышедшие из строя, должны быть переданы потребителями на пункты утилизации люминесцентных ртутных ламп. Запрещено выбрасывать вышедшие из строя лампы вместе с бытовыми отходами.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампы изготовлены по техническим условиям ТУ 27.40.15-003-00214209-2020 и соответствуют ГОСТ IEC 61549-2012, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Общий вид, основные размеры, электрические и другие технические параметры ламп указаны на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Срок службы ламп не менее 10 800 часов.

Маркировка нанесена на колбу лампы. Указаны товарный знак предприятия-изготовителя, полное условное обозначение лампы, номинальная мощность, тип цоколя, предупреждение: «Вызывает ожог глаз и кожи», предупреждение: «Causes eye and skin irritation», единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), знак «Наличие паров ртути», знак «Бактерицидные лампы, знак «Запрещение выброса в мусорный контейнер», страна-изготовитель и дата изготовления в формате XX YYYY, (XX – месяц изготовления, YYYY – год изготовления).

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение ламп должно соответствовать ГОСТ 25834.

Условия транспортирования ламп в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216.

Условия хранения ламп в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Срок хранения ламп – 1 год с даты их изготовления.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям ТУ 27.40.15-003-00214209-2020 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Изготовитель:
АО «ЛЕДВАНС»

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The 'E' and 'A' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'A'.




Рисунок 1

Таблица 1

| Тип лампы | A, мм | B, мм | | C max, мм | D, мм | Тип цоколя | Масса лампы*, кг |
|--------------|------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------------------|
| | | не более | не менее | | | | |
| UVC 15W, 25W | 436,2±1,2 | 444,5 | 442,1 | 451,6 | 25,5±0,5 | G13 | 0,07 |
| UVC 30W, 55W | 893,4±1,2 | 901,7 | 899,3 | 908,8 | 25,5±0,5 | G13 | 0,12 |
| UVC 36W, 75W | 1198,2±1,2 | 1206,5 | 1204,1 | 1213,6 | 25,5±0,5 | G13 | 0,18 |

Таблица 2

| Тип лампы | Номинальное напряжение сети, В | Электрические параметры лампы | | | | | | Номинальный ток*, А | Мощность бактерицидного излучения **, Вт |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|--|
| | | Мощность, Вт | | | Эффективное напряжение на лампе, В | | | | |
| | | номинал. | Расчетная | предел отклонения | Расчетное | не более | не менее | | |
| UVC 15W G13 | 127 | 15 | 15 | 13,8-16,2 | 55 | 64 | 46 | 0,31 | 5,1 |
| UVC 25W G13 | 220 | 25 | 25 | 23,7-26,3 | 46 | 55 | 37 | 0,6 | 8,2 |
| UVC 30W G13 | 220 | 30 | 30 | 28,0-32,0 | 96 | 106 | 86 | 0,37 | 12,6 |
| UVC 36W G13 | 220 | 36 | 36 | 33,8-38,4 | 103 | 113 | 93 | 0,43 | 15,7 |
| UVC 55W G13 | 220 | 55 | 55 | 52,2-57,8 | 83 | 93 | 73 | 0,77 | 18,9 |
| UVC 75W G13 | 220 | 75 | 75 | 71,2-78,8 | 110 | 120 | 100 | 0,84 | 26,7 |

* величина справочная.

** типовой параметр, гарантируется измерением бактерицидной облученности.