



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

На медицинское изделие

**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
HTL-Advansys по ТУ 32.50.50-003-44585556-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Эйч Ти Эль-Адвансис"  
(ООО "Эйч Ти Эль-Адвансис"), Россия,  
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26а, офис 42**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Эйч Ти Эль-Адвансис"  
(ООО "Эйч Ти Эль-Адвансис"), Россия,  
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26а, офис 42**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Эйч Ти Эль-Адвансис", Россия, 141701, Московская область,  
г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 1, корп. № 28, этаж 1, пом. № 31**

Номер регистрационного досье № РД-41400/21385 от 13.05.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 04 октября 2021 года № 9440  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0061563**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 1

На медицинское изделие

**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный**  
**НТL-Advansys по ТУ 32.50.50-003-44585556-2020**, варианты исполнения:

I. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

II. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15W", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15W" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

III. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15U", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15U" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

IV. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
"НТL-Advansys-15UW", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

**Руководитель Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0091888



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 2

"НТЛ-Advansys-15UW" - 1 шт.

2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3x0,75, 220В - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.

2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.

3. Упаковка - 1 шт.

V. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-15.2U", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-15.2U" - 1 шт.

2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3x0,75, 220В - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.

2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.

3. Упаковка - 1 шт.

VI. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-15.2UW", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-15.2UW" - 1 шт.

2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3x0,75, 220В - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.

2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.

3. Упаковка - 1 шт.

VII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30M", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30M" - 1 шт.

2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3x0,75, 220В - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.

2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0091889**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 3

3. Мобильная стойка, в составе:

- Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
- Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
- Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
- Винты М4х30 - 4 шт.;
- Винты М4х12 - 12 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

VIII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30MW", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30MW" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:

- Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
- Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
- Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
- Винты М4х30 - 4 шт.;
- Винты М4х12 - 12 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

IX. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:

- Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
- Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
- Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0091890



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 4

- Опорная стойка - 2 шт.;
- Винты М4х30 - 4 шт.;
- Винты М4х12 - 20 шт.;
- Упаковка-1 - 1 шт.;
- Упаковка-2 - 1 шт.

Х. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30W", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30W" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;
  - Винты М4х12 - 20 шт.;
  - Упаковка-1 - 1 шт.;
  - Упаковка-2 - 1 шт.

XI. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30U", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-30U" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0091891**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 5

- Опорная стойка - 2 шт.;
- Винты М4х30 - 4 шт.;
- Винты М4х12 - 20 шт.;
- Беспроводной радиовыключатель - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

XII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-30UW", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-30UW" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;
  - Винты М4х12 - 20 шт.;
  - Беспроводной радиовыключатель - 1 шт.;
  - Упаковка - 1 шт.

XIII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-3012", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-3012" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0091892**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 6

- Опорная стойка - 2 шт.;
- Винты М4х30 - 4 шт.;
- Винты М4х12 - 20 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

XIV. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-3012W", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-3012W" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;
  - Винты М4х12 - 20 шт.;
  - Упаковка - 1 шт.

XV. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-3018", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТЛ-Advansys-3018" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 3 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибора - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0091893**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 7

- Винты М4х12 - 20 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

XVI. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-3018W", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-3018W" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 3 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибора - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;
  - Винты М4х12 - 20 шт.;
  - Упаковка - 1 шт.

XVII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-6001U", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "НТL-Advansys-6001U" - 1 шт.
2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Подвес - 2 шт.
2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
3. Мобильная стойка, в составе:
  - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
  - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
  - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
  - Опорная стойка - 2 шт.;
  - Винты М4х30 - 4 шт.;
  - Винты М4х12 - 20 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0091894**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/15450

Лист 8

- Беспроводной радиовыключатель - 1 шт.;
  - Упаковка - 1 шт.
- XVIII. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "HTL-Advansys-6001UW", в составе:
1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "HTL-Advansys-6001UW" - 1 шт.
  2. Кабель сетевой марки ПВС-АП 3х0,75, 220В - 1 шт.
  3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Подвес - 2 шт.
  2. Предохранитель плавкий ВПБ6-11 3,15А 250 В, 5×20 - 1 шт.
  3. Мобильная стойка, в составе:
    - Опорная стойка с колесами - 2 шт.;
    - Поперечная соединительная балка - 2 шт.;
    - Вертикальная стойка для фиксации прибор - 2 шт.;
    - Опорная стойка - 2 шт.;
    - Винты М4х30 - 4 шт.;
    - Винты М4х12 - 20 шт.;
    - Беспроводной радиовыключатель - 1 шт.;
    - Упаковка - 1 шт.

*N*

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0091895